ORDENANZA Nº 11854

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ, SANCIONA LA SIGUIENTE

O R D E N A N Z A

Art. 1º: Acéptase la donación de una (1) ambulancia cero kilómetro marca Fiat - modelo Ducato, equipada según se describe en Anexo I y II que forma parte de la presente, realizada por "San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales".

Art. 2º: Dispónese la afectación de la misma a la Secretaría de Salud y la consignación en un lugar visible del referido vehículo de la leyenda: "Donada por San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales".

Art. 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.

SALA DE SESIONES, 12 de abril de 2.012.-

Presidente: Sr. Leonardo Javier Simoniello
Secretario Legislativo: Sr. Raúl Alfredo Molinas

Concejo Municipal de Santa Fe - Salta 2943 - 3000 Santa Fe - Teléfono: 0342 4571800

Expte. DE-0447-00848610-2 (NI).-

ORDENANZA Nº 11854

Anexo I – Fotos de las unidades

ORDENANZA Nº 11854

ORDENANZA Nº 11854

Anexo II – Descripción de Equipamiento

- Aislación termo-acústica en poliuretano expandido, aplicada en laterales y techo
- Revestimiento interior completo en PRFV atóxico y lavable en lateral y techo
- Tapas de puertas (portón lateral y trasero), construidas en plástico termoformado de alto impacto
- Piso realizado en placa fenólica, con cobertura de alfombra de goma antideslizante, tipo quirúrgica, totalmente sellado para evitar filtraciones
- Tabique divisor rígido de cabina, con ventana de vidrios móviles para comunicación entre ambos compartimientos
- Techo interior especial construido en PRFV con sistema de luminaria mixto (dicroicas y halógenas) ubicadas convenientemente para trabajo del médico sobre el paciente. La misma cuenta con alacena modular ubicada sobre el lateral izquierdo con puertas batientes construidas en acrílico fumé termoformado con trabas inferiores. Posee además un alojamiento oculto con soporte para suero y plasma y pasamanos construidos en acero inoxidable
- Mueble en lateral izquierdo, tipo esquinero con mesada superior, cajonera central identificada por colores, puertas batientes
- Ventana de vidrios móviles esmerilados, en portón lateral corredizo
- Sistema eléctrico con circuito independiente al vehículo con cables antillama normalizado, protegido con disyuntor diferencial, y tablero con fusibles, claramente identificados
- Tomacorrientes interiores de 12 volts (cantidad 2), toma para conexión de incubadora, toma interior/exterior 220 volts, debidamente identificados
- Reflector interior fijo, ubicado en zona de puertas traseras para iluminación de escena en maniobras nocturnas de camilla
- Juego de luces perimetrales exteriores intermitentes, sistema halógeno (verde/cristal), cantidad 8
- Barral compacto de dos luces rotativas, varios tonos diferenciados, con sirena de 75 watts de potencia, micrófono de palma y megáfono incorporado
- Tubería de oxígeno realizada con mangueras flexibles, y acople rápido tipo Diss para conexión de dispositivos médicos
- Un tubo de oxígeno de acero de 2 mts3 (norma IRAM) con regulador de presión con caudalímetro incorporado y sistema de fijación metálico
- Butaca para médico con base giratoria, ubicada en cabecera de camilla, tapizada en material atóxico/lavable. La misma cuenta con cinturón de seguridad abdominal y apoya cabezas incorporado
- Baulera lateral derecha, con cojín y respaldo tapizado en material atóxico/lavable. Cuenta con cinturones de seguridad abdominales y tapa rebatible para guardado de insumos médicos
- Mobiliario lateral izquierdo construido en material melamínico, de bordes redondeados, de 830x1000mm de longitud. Está compuesto de estantes con retenes frontales para localización de insumos médicos
- Camilla plegable construida de aluminio “Cosmos”, con respaldo reclinable, manillares rebatibles, colchoneta tapizada en material atóxico lavable y cintos de sujeción de paciente

- Base de camilla construida en PRFV con compartimiento frontal para alojamiento de tabla de requis
- Esmerilado reglamentario de lunetas traseras
- Identificación exterior “Ambulancia”, estrellas de vida y cruz roja en techo para visualización aérea
- Soporte lateral metálico para alojamiento de equipo cardiodesfibrilador
- Calefactor calori Silencio II de 4800 cal, ubicado en compartimiento trasero
- Rejilla de ventilación ubicada en portones traseros para circulación de aire en compartimiento sanitario
- Evaporador trasero d aire acondicionado adicionado al equipo original
- Panel de oxigenoterapia Leistung, modelo PR4D, con respirador de ciclado electrónico, humidificador de oxígeno y aspirador de secreciones
- Silla de ruedas plegable, construida en aluminio
- Tabla de raquis fenólica corta, cintos de sujeción
- Tubo de oxígeno portátil de ½ m3 construido en aluminio con regulador medicinal y soporte de fijación

Estas unidades están equipadas bajo norma argentina IRAM 16030